



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380C-021	BANCA GERMOPLASMA	BARCACCIA GIANNI	DA RONCH FLAVIO
SSD			Num. persone frequentanti

ATTIVITÀ SVOLTE
Pulizia e conservazione semi. Prove germinazione. Peso e valutazione qualità del seme.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	X		
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori		X	
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	X		
I acqua deio		X	
I. elettrico	X		
Prese 380		X	
I. termico		X	
I. climatizzazione	X		
Ventilazione forzata		X	
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	X
Gas tecnici bombole		X	X
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI		Note
Tipologia		
Cella climatica		
Cappa aspirante		
Macchina per sottovuoto		
Pc		
Stereoscopio		
Bilancia		
Quadro elettrico di controllo congelatori locale 044		
Climatizzatore		

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Necessario servizio di continuità assoluta.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Necessaria continuità assoluta. I congelatori si riavviano al ritorno della corrente elettrica
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllo eventuale presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Guanti da lavoro	
Tuta da lavoro	
Scarpe antinfortunistica	

SEGNALAZIONI
Necessità sostituzione serramenti.