

SCHEDA LOCALE

GEOTEC 01600 01 01	Denominazione SALA SPUMANTIZZAZIONE	RDRL VINCENZI SIMONE	Preposto VINCENZI SIMONE
SSD AGR15			Num. persone frequentanti

ATTIVITÀ SVOLTE
Attività di ricerca, di servizio e didattica (tesisti / tirocinanti). Vinificazioni, spumantizzazioni, preparazione di inoculi, prelievi dei campioni, filtrazione, imbottigliamento.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		suona e lampeggia la scritta "evacuare il locale".
Rilevatori fumo e gas	x		Rilevatore fumo e CO ₂
Vie di fuga	libera		uscite > cantina della Scuola enologica; > altre sale di Veneto Agricoltura.
Estintori		x	presente nei locali adiacenti della cantina
Armadio di sicurezza		x	
Pacchetto primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia		x	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I. acqua deionizzata		x	
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		Aria riscaldata + ventole
I. climatizzazione	x		raffreddamento (*T), ma non deumidificazione. Aggiunta deumidificatore portatile al bisogno
Ventilazione forzata		x	
Continuità		x	auspicabile
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole	x		N ₂ , He, CO ₂ , H ₂ , CH ₄ , miscele (in corsivo quello presente)
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
N 12 Autoclavi da 30 l	
Sistema di filtrazione	
Prelevacampioni per imbottigliamento isobarico	
Nutrice isobarica	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	continuità Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	ASSENTE	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato autorizzato.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	ASSENTE	non necessaria (caditoia che porta a vasca esterna)

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Materiale enologico e di pulizia	Inventario non presente	Soda, acido citrico per la pulizia filtri e attrezzature.

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Vie di fuga	non segnalata;
Divieto di accesso non autorizzati	presente. Ma non c'è una lista degli autorizzati. Porta non chiusa a chiave. Accesso anche da VA.
Divieto di fumare	presente in altri punti dell'edificio.
Vestitario anticorrosivo+ stivali antiscivolo	vestitario affidato ai singoli operatori che usano i corrosivi;
Occhiali di protezione	non presenti
Schermo anti-UV	non presente (ma non necessario in questo lab)
Guanti protettivi	presenti (nitrile)
Doccia lavaocchi	assente

SEGNALAZIONI
Antincendio disattivato (di competenza della Provincia/Istituto Cerletti). Non prende il cellulare (per chiedere soccorso); ambiente molto umido, si forma spesso muffa sulle pareti e sulle attrezzature.