

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
01600 01 010	LAB CHIMICA ENOLOGICA	SIMONE VINCENZI	SIMONE VINCENZI
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR15			

ATTIVITÀ SVOLTE

Ricerca e didattica con tesisti e dottorandi. Analisi HPLC, proteine, polifenoli, analisi chimico-enologiche.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo e gas	x		fumo+ rilevatori metano; ossigeno; acetilene, idrogeno, ossido di azoto.
Vie di fuga	x		A) >scale >Esterno PV; B) > corridoio (non è via di fuga) C) > lab micro (non è via di fuga)
Estintori	x		idrico, schiuma, polvere, an. carbonica (in corsivo quello presente)
Armadio di sicurezza	x		infiammabili e corrosivi-tossico-nocivi
Pacchetto primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	una per tutti i 4 lab in sgabuzzino
Servizio di pulizia	x		personale ISISS Cerletti

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	x		
l. acqua deionizzata	x		
l. elettrico	x		
Prese 380	x		
l. termico	x		2 ventilconvettore
l. climatizzazione	x		2 ventilconvettore
Ventilazione forzata	x		
Continuità		x	auspicabile
metano+Gas tecnici in linea	x		C ₂ H ₂ , N ₂ O, N ₂ , He, H ₂ , O ₂ , CO ₂ , aria
Gas tecnici bombole	x		CO ₂
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
HPLC waters con autocampionatore	
HPLC shimadzu con autocampionatore	
microonde	
muffola termoelettrica	
tartar check	
cappa chimica	
deionizzatore con serbatoio	
lettore piastre Elisa	
liofilizzatore da banco	
FPLC	
microcentrifuga da banco	
sonicatore	
ministerilizzatrice da banco	
mosalux	
agitatori orbitali	
congelatore sottotavolo	
frigorifero sottotavolo	
frigocongelatore a colonna	
armadio aspirato tossici-corrosivi	
armadio aspirato infiammabili	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	continuità Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Non presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Non presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
reagenti chimici e preparati	Inventario presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (11/2022)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	presente
Divieto di accesso non autorizzati	assente
Divieto di fumare/mangiare/conservazione cibo	assente
Camice antiacido	non presenti
Occhiali di protezione	presenti
Schermo anti-UV	non presente (ma non ci sono apparecchi con UV in questo lab)
Ganti protettivi	nitrile
Doccia lavaocchi	presente

SEGNALAZIONI

via di fuga non molto evidente