

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
01600 01 014	LAB MICROSCOPIO/CAMERA OSCURA	VIVIANA CORICH	VIVIANA CORICH
SSD			Num. persone frequentanti
AGR16			

ATTIVITÀ SVOLTE

Ricerca e didattica con tesisti e dottorandi. Osservazione al microscopio di preparati microbici.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo e gas		x	
Vie di fuga		x	Stanzino inserito in lab biologia molecolare con porta in "legno"
Estintori		x	idrico, schiuma, polvere, an. carbonica (in corsivo quello presente)
Armadio di sicurezza		x	infiammabili, corrosivi, tossico-nocivi (in corsivo quello presente)
Pacchetto primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	una per tutti i 4 laboratori in stanza quadri elettrici
Servizio di pulizia	x		personale ISSS Cerletti

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	x		
l. acqua deionizzata		x	
l. elettrico	x		
Prese 380		x	
l. termico		x	
l. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata		x	Aspiratore vortice
Continuità		x	
metano+Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Microscopio a fluorescenza	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	continuità Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
reagenti chimici (sol. coloranti; oli micr.; mix pulizia microscopio)	Inventario presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (11/2022)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	non presente (ma presente nel laboratorio di biologia molecolare)
Divieto di accesso non autorizzati	non presente (ma presente all'ingresso del laboratorio di biologia molecolare)
Divieto di fumare/mangiare/conservazione cibo	non presente (ma presente nel laboratorio di biologia molecolare)
Camice antiacido	non presente
Occhiali di protezione	non presente
Schermo anti-UV	su microscopio
Guanti protettivi	nitrile (virus+KTP)
Doccia lavaocchi	non presente (ma presente nel laboratorio di chimica enologica)

SEGNALAZIONI