

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000B-02-029	LACHI - PREP. CROMAT E GAS PRODUCION	TAGLIAPIETRA FRANCO	GRIGOLETTO LUCA
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR - TUTTI	4		

ATTIVITÀ SVOLTE
Estrazione grassi, preparativa campioni gas-cromatografia

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza (2)		x	infiammabili (sotto le cappe)
Kit primo soccorso	x		
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I. acqua deio		x	
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea	x		N2, CO2
Gas tecnici bombole	x		CO2, CH4
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI		Note
Tipologia		
Centrifuga da banco (2)		
Stufa		
Produttore acqua ultrapura		
Estrattore ASE		
Bagno termostatico (2)		
Centrifuga		
Evaporatore sotto N		
Bilancia		

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza. Gli strumenti si spegneranno e il primo operatore qualificato che giunge in laboratorio si occuperà del ripristino
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario non presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		Note
Tipologia presente		
Camice antiacido		
Occhiali di protezione		
Guanti protettivi		
Doccia lavaocchi		

SEGNALAZIONI