

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000B-02-033	LABORATORIO LACHI REOLOGICO	XICCATO GEROLAMO	MAGRO LUCIANO
SSD			Num. persone frequentanti
AGR 17,18 , 19, 20			4

ATTIVITÀ SVOLTE

Dissezione animali

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga		x	
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio		x	
I. elettrico	x		
Prese 380		x	
I. termico		x	
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Bagno termostatico	
Analizzatore di struttura	
Bilancia tecnica	
Sottovuoto	
Affettatrice	
Macinino	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Guanti protettivi	

SEGNALAZIONI

--