

SCHEDA LOCALE

GEOTEC 1000B-02-035	Denominazione LAB LACHI - ANALISI CHIM./FIS. ALIMENTI	RDRL XICCATO GEROLAMO	Preposto MAGRO LUCIANO
SSD AGR tutti			Num. persone frequentanti 10

ATTIVITÀ SVOLTE

Sostanza secca, analisi proteine, mineralizzazioni per ICP

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2 (2)
Armadio di sicurezza (2)	x		infiammabili (1), corrosivi, tossico-nocivi (1)
Kit primo soccorso	x		
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Lavavetreria (2)	
Produttore acqua pura	
Piastra riscaldante (3)	
Forno microonde (2)	
Analizzatore Kjeldhal (2)	
Muffola (4)	
Stufa (2)	
Estrattore (2)	
Digestore	
Analizzatore fibre (2)	
Incubatore	
Sistema analizzatore fibre e filtrazione	
Spettrofotometro	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario non presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI