

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-00-017	LABORATORIO CELLE CLIMATICHE	POZZEBON ALBERTO	POZZEBON ALBERTO / PAOLUCCI PAOLO
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR011	4		

ATTIVITÀ SVOLTE

Test, allevamenti insetti e prove con fitotroni e celle climatiche

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga		x	
Estintori	x		polvere
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	x		
l acqua deio	x		
l. elettrico	x		
Prese 380	x		
l. termico	x		
l. climatizzazione	x		1 unità
Ventilazione forzata	x		
Continuità		x	
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Fitotroni con controllo umidità, temperatura e illuminazione (5)	
Celle climatiche con controllo temperatura e illuminazione (10)	
Cappa chimica	
Frigorifero con cella freezer	
Purificatore d'aria portatile	
Congelatore -20°C verticale	
Bagno per alte e basse temperature	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza. Controllare eventuali allarmi sui display di celle e fitotroni e lo stato temperatura di frigoriferi e congelatori.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Attrezzature non in situazione di pericolo con prese e cavi elettrici sollevati; contattare le squadre pulizie per operazioni di asciugatura

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario non presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Guanti protettivi	
Mascherine	

SEGNALAZIONI

Ampio uso di multiprese per collegamento strumentazioni e celle climatiche. Maniglia vetro cappa chimica non a norma. Scarico acqua dei fitotroni direttamente in piletta a scolo. Prese elettriche da sistemare.