



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-01-024	LAB. DIAGNOSTICA ed ELETTROFORESI	LUCCHIN MARGHERITA	LUCCHIN MARGHERITA
SSD			Num. persone frequentanti
AGR/07			2

ATTIVITÀ SVOLTE
microscopia, uso cappe e camera di crescita x colture cellulari.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza			
Rilevatori fumo			
Vie di Fuga			
Estintori			
Armadio di sicurezza			
Kit primo soccorso			
Cassetta primo soccorso			
Servizio di pulizia			

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico			
l acqua deionizzata			
l. elettrico			
Prese 380			
l. termico			
l. climatizzazione			
Ventilazione forzata			
Continuità			
Gas tecnici in linea			
Gas tecnici bombole			
Aria compressa in linea			
Vuoto in linea			

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
Cappa biologica	
Camera di crescita	
Freezer -80°C	
n° 5 Microscopi	
Cappa flusso laminare	
Piastra scalda vetrini	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Materiale conservato nei freezer, in caso di distacco corrente prolungato, dovrebbe essere riallocato.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Assenti	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	

SEGNALAZIONI	
Manca cartellonistica del quadro elettrico	