

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-01-036	LABORATORIO ORTICOLTURA	SAMBO PAOLO	SAMBO PAOLO
SSD			Num. persone frequentanti
AGR/04			8

ATTIVITÀ SVOLTE

Preparazione grossolane campioni (vegetali) per successive analisi (Liofilizzazione, Macinazione, Essiccazione).

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deionizzata	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
N° 2 Stufe	
Muffola	
Liofilizzatore	
Titolatore automatico	
Mulino	
n° 5 freezer (-20 °C)	
n° 1 freezer (-80 °C)	
Cappa mobile	
Cappa aspirante	
Misuratore azoto organico	
Digestore (posto sotto cappa)	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Materiale conservato nei freezer, in caso di distacco corrente prolungato, dovrebbe essere riallocato.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Assenti	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	

SEGNALAZIONI

Mancano pittogrammi per indicare la pericolosità di alcune strumentazioni: alte temperature per digestore, stufe e muffola, basse temperature per i freezer
 sostanza corrosiva (soda 10%) per il digestore
 Solo il liofilizzatore è dotato di foglio che illustra le principali operazioni da eseguire per un corretto funzionamento
 Sarebbe da dotare anche gli altri strumenti di analoghe indicazioni