

SCHEMA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-01-058	LABORATORIO FORAGGICOLTURA	MORARI - SCOTTON	MORARI FRANCESCO - SCOTTON MICHELE
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR/02	15		

ATTIVITÀ SVOLTE

Preparazione campioni (terreno e vegetazione) per successive analisi. Analisi morfologia particelle, Stabilità degli Aggregati e Spettroradiometria iperspettrale.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deionizzata	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Microscopio ottico Morphology	
Agitatore a scuotimento orizzontale ASAL	
Stufa di essiccazione Binder	
Cella termostata Isco	
Stufetta termostata HT200S	
Strumento per la misura della stabilità di struttura del suolo	Metodo Tiulin-Mayer
Dinamometro	Proprietà del TESAF
Camera oscura (per utilizzo FieldSpec)	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Assenti	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	

SEGNALAZIONI

Pittogrammi da porre sulla stufa (pericolo generico? Uso guanti?)
 Pittogrammi su "Strumento stabilità di struttura del suolo (metodo Tiulin-Mayer)": parte meccaniche in movimento quando in funzione?
 Presenza di due armadi con porte in vetro (sono o no in regola?)
 Presenza di molteplici tubazioni in rame per conduzione gas, molte delle quali tagliate e non più utilizzate