

## SCHEDE LOCALE

GEOTEC 1000C-01-061	Denominazione LABORATORIO ECOFISIOLOGIA	RDRL VAMERALI TEOFILO	Preposto VAMERALI TEOFILO
SSD AGR/02	Num. persone frequentanti 8		

### ATTIVITÀ SVOLTE

Analisi ottica per rilevamento radici (scanner); gascromatografia; HPLC (spettrometria): analisi principali su composti volatili e micotossine; fluorimetria.

### SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

### IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deionizzata	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea	x		

### APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Gas Cromatografo	
Generatore Idrogeno	
Scanner (2)	
HPLC	
Evaporatore Rotativo (Buchi)	
Estrattore per Estratti Vegetali (Heidolph)	
Centrifuga Ultra (Sigma 3-30KS)	
Centrifuga (Eppendorf)	
Analisi Micotossine Portatile (VICAM)	
Mulino raffreddato	
Cappa aspirante	
Freezer (-25 °C)	
Frigorifero	

### PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Materiale conservato nei freezer e nel frigorifero, in caso di distacco corrente prolungato, dovrebbe essere riallocato.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

### SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Presenti	Inventario non presente

### SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	

### SEGNALAZIONI

Presenza di un armadio con pannelli in vetro.  
 Presenza di solventi e infiammabili non in sicurezza: da posizionare sotto cappa o in armadio aspirato.  
 La cappa non funziona in modo adeguato.