

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-01-072	LAB. FISICA DEL TERRENO E ANALISI AGRO-AL	MORARI FRANCESCO	MORARI FRANCESCO - CAMAROTTO CARLO
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR/02	15		

ATTIVITÀ SVOLTE

Analisi su campioni di suolo indisturbato: 1) Conducibilità idrica satura e insatura; 2) Curva di ritenzione.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori		x	
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico		x	
I acqua deio		x	
I. elettrico	x		
Prese 380		x	
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata		x	
Continuità		x	
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Estrattori a pressione "Piastre di Richards"	
ku-pF Apparatus	
Cassetta tensiometrica - Eijkelkamp	
Permeometro di laboratorio	
Analizzatore gas - Gasmeter	
Spettrometro a raggi gamma - Medusa	
Drone - M600-DJI	
Camera Termica - FLIR-DuoPro	
Spettrometro iperspettrale - FieldSpec 4	
Potenziometro punto di rugiada - WP4	
Strumento di misura di resistività Syscal Junior Switch	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note

SEGNALAZIONI

Piastre di Richards: da evidenziare con apposito segnale il rischio per l'alta pressione (documentazione INAIL ancora necessaria?)