

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-02-030	LAB. DI BIOL. MOLEC. SPECIE ARBOREE	RUPERTI BENEDETTO	RUPERTI A. / RASORI A.
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR03	6		

ATTIVITÀ SVOLTE
Micropropagazione di specie arboree e preparative per Realtime PCR

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		an. carbonica
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		1 unità
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole	x		N2 (1 da 40 l), C2H4 (1 da 40 l)
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
Scaffale con sisitema di illuminazione per crescita piantine	
Cella crescita Bertagnin	
Cappa a flusso laminare Faster	
Robot per ibridazioni in situ FreedomEvo Tecan	
Microcentrifuga refrigerata Eppendorff 5804R	
Frigoirifero/freezer Candy	
Stereoscopio Zeiss Lumar. V12	
Microscopio Olympus BX50	
PC collegato ai microscopi	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza. Verificare, se in funzione, che la centrifuga si arresti correttamente
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. La strumentazione, il mobilio e il materiale vario (ad eccezione di alcuni scatoloni con materiale di consumo) sono in sicurezza e sollevati da terra (>5 cm); parti elettriche non a rischio.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Mascherine	
Occhiali di protezione	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI
Presenza di polvere e insetti morti in corrispondenza delle finestre dove ci sono le linee elettriche. Le vie di fuga sono libere. Sono presenti scatoloni a terra che si possono bagnare in caso di sversamento. Le bombole sono assicurate alla parete con catene. La segnaletica è sufficiente.