

## SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000M-00-045	SALA COLLEZIONI	BATTISTI ANDREA	PAOLUCCI PAOLO
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR011	2		

ATTIVITÀ SVOLTE
Conservazione collezioni zoologiche; prelievo e riposizionamento scatole entomologiche; controllo e disinfestazione periodica delle collezioni.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo		x	
Vie di Fuga		x	
Estintori		x	
Armadio di sicurezza	x		inflammabili, corrosivi, tossico-nocivi
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico		x	
I acqua deio		x	
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico		x	
I. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		+ impianto di aspirazione
Continuità		x	
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
Impianto di aspirazione forzata e ricambio dell' aria	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Assicurarsi che venga ripristinata in tempi non eccessivi la normale funzionalità e, in caso negativo, spostare i prodotti presenti nell' armadio di sicurezza in altri locali adibiti, non soggetti allo stacco.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.Procedere rapidamente all'aspirazione e asciugatura dell'acqua e alla messa in sicurezza delle scatole entomologiche presenti negli armadi.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario non presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note

SEGNALAZIONI
Locale con accesso limitato ai soli docenti e tecnici o con autorizzazione e accompagnati degli stessi. Locale dotato di armadi lignei con corridoio cieco e un solo accesso / uscita. Nel locale sono stoccati una decina di microscopi obsoleti. Utilizzo di scaletta per accedere ai ripiani alti degli armadi (necessario acquisto di una nuova scaletta a norma essendo quella presente ormai datata). Materiale altamente infiammabile (Armadi e scatole entomologiche). Data la tipologia di locale sarebbe auspicabile la presenza di rilevatori di fumo e allarme incendio.