

SCHEDA LOCALE

GEOTEC 1000C-02-047	Denominazione LABORATORIO DIAGNOSTICA 2	RDRL MARINI LORENZO	Preposto MARINI L. / PAOLUCCI P.
SSD AGR011	Num. persone frequentanti 10		

ATTIVITÀ SVOLTE

Microscopia ottica ed elettronica; attività EPG (Elettropetrografo); allevamento insetti; prove temporanee con Insetti; elaborazione dati

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		polvere
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio		x	
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità		x	
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Microscopio Elettronico SEM TM 1000	
Microscopi ottici (2)	
Stereomicroscopi (2+alcuni obsoleti conservati negli armadi)	
Congelatori -18 (2)	
Gabbia di Faraday per EPG	
Camere lucide	
Spettrofotometro	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Controllare eventuali allarmi e stato temperatura congelatori ed eventualmente spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. A trezzature non in situazione di pericolo (prese e cavi elettrici sollevati). Contattare le squadre pulizie per le operazioni di asciugatura.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
-----------	------------------	------

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	Presente ma va aggiornato con cartellonistica ufficiale
Camice antiacido	
Guanti protettivi	
Mascherine	

SEGNALAZIONI

Ampio uso di ciabatte multiple. Smaltire strumentazione obsoleta (inventariata e non) e campioni analiticamente non più utili. Presa elettrica da riparare.