

SCHEDA LOCALE

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| GEOTEC | Denominazione | RDRL | Preposto |
| 1000C-02-107/108/109 | CAMERA DI CRESCITA | BONGHI CLAUDIO | BONGHI CLAUDIO / RASORI ANGELA |
| SSD | Num. persone frequentanti | | |
| AGR03 | 2 | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SVOLTE |
| Camera di crescita per piantine micropropagate di varie specie. |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| SICUREZZA E ALTRI SERVIZI | | | |
| Tipologia | Presente | Assente | Note |
| Luci di emergenza | | x | |
| Rilevatori fumo | | x | |
| Vie di Fuga | | x | |
| Estintori | | x | |
| Armadio di sicurezza | | x | |
| Kit primo soccorso | | x | |
| Cassetta primo soccorso | | x | |
| Servizio di pulizia | | x | |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| IMPIANTI E GAS TECNICI | | | |
| Tipologia | Presente | Assente | Note |
| I. idrico | x | | |
| I acqua deio | | x | |
| I. elettrico | x | | |
| Prese 380 | | x | |
| I. termico | | x | |
| I. climatizzazione | x | | 2 unità |
| Ventilazione forzata | | x | |
| Continuità | | x | |
| Gas tecnici in linea | | x | |
| Gas tecnici bombole | x | | C2H4 (1 da 40 l) |
| Aria compressa in linea | | x | |
| Vuoto in linea | | x | |

| | |
|---|-------------|
| APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI | |
| Tipologia | Note |
| Impianti di illuminazione a led o neon per la crescita delle piante (5) | |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| PROCEDURE DI EMERGENZA | | |
| Tipologia | Presente/Assente | Note |
| Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta. | Assente | |
| Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta. | Presente | Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza. Con stacco di corrente i condizionatori riprendono a funzionare con la loro impostazione, verificare che ripartano. L'impianto di illuminazione degli scaffali va riprogrammato (vedi procedura allegata). |
| Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm). | Presente | Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. La strumentazione, il mobilio e il materiale vario sono in sicurezza e sollevati da terra (>5 cm); parti elettriche non a rischio. |

| | | |
|---|-------------------------|-------------|
| SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI) | | |
| Tipologia | Presente/Assente | Note |

| | |
|--|-------------|
| SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | |
| Tipologia presente | Note |

| | |
|---------------------------------|--|
| SEGNALAZIONI | |
| Bombola da mettere in sicurezza | |