

## SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-03-020	LAB. LACHI ICP-QQQ	XICCATO GIROLAMO	CAGNIN MASSIMO
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR (tutti)	4		

ATTIVITÀ SVOLTE
Analisi elementari totali. Analisi componenti organici inquinanti e non.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		Polvere
Armadio di sicurezza			Infiammabili
Kit primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea	x		Argon, Azoto
Gas tecnici bombole	x		Argon
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
Generatore azoto per QQQ	
Spettrometro di massa QQQ	
Spettrometro ICP-OES con autocampionatore	
Cromatografo UHPLC	
Pompa da vuoto (2)	
Cappa chimica	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Gli strumenti si spengono autonomamente. Al ripristino, il primo operatore qualificato che giunge in laboratorio si occuperà del ripristino della strumentazione.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Doccia lavaocchi	
Guanti protettivi	

SEGNALAZIONI