

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-03-023	Laboratorio Cromatografia gassosa e liquida	Favaro Lorenzo	Favaro Lorenzo
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR16	2		

ATTIVITÀ SVOLTE

Analisi gascromatografiche.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		Anidride carbonica
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso			
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea	x		Elio, azoto, idrogeno, aria tecnica
Gas tecnici bombole	x		Argon
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Gascromatografo (2)	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Gli strumenti si spengono autonomamente. Al ripristino, il primo operatore qualificato che giunge in laboratorio si occuperà del ripristino della strumentazione.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI