

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-03-024	LABORATORIO DI BIOCHIMICA	CONCHERI G. - STEVANATO P.G.	CONCHERI G. - STEVANATO P.G.
SSD			
AGR13 - AGR14			Num. persone frequentanti 10

ATTIVITÀ SVOLTE

Biologia molecolare su materiale vegetale, suolo, materiale animale: PCR, sequenziamento, Digital, estrazione per analisi DNA.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		poco visibile causa presenza armadio
Estintori	x		polvere
Armadio di sicurezza	x		infiammabili
Kit primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I. acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Termociclatori e caricatori	
Sonicatori	
Concentratore SpeedVac	
Sequenziatore	
Centrifuga grande e piccola	
Stereomicroscopio/frigo/freezer	In frigo/freezer kit per analisi molto costosi

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Spostare i kit per analisi dai frigo/freezer in laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario non presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI