

## SCHEDA LOCALE

GEOTEC 1000C-03-028	Denominazione LABORATORIO DI BIOCHIMICA E FISIOLOGIA VEGETALE	RDRL MALAGOLI M. - STEVANATO P.G.	Preposto MALAGOLI MARIO
SSD AGR13			Num. persone frequentanti 10

### ATTIVITÀ SVOLTE

Biologia molecolare su materiale vegetale/animale, suolo: PCR, sequenziamento, Digital, estrazione per analisi DNA.

### SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		Via di fuga che conduce ad un altro laboratorio
Estintori	x		Polvere
Armadio di sicurezza	x		Infiammabile
Kit primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

### IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

### APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Lavastoviglie	
Cappa Clean Flux V90-ES	Aggiungere pittogrammi pericolo UV
TissueLyser	Aggiungere pittogrammi rumore TissueL
Armadio aspirato	
Stufa	
Microonde/frigo/freezer/bancone GEL	Aggiungere pittogrammi non toccare bancone Gel

### PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Gli strumenti si spengono autonomamente. Al ripristino, il primo operatore qualificato che giunge in laboratorio si occuperà del ripristino della strumentazione.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

### SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

### SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

### SEGNALAZIONI