

## SCHEDA LOCALE

GEOTEC 1000C-03-029	Denominazione LABORATORIO LACHI - SUOLI	RDRL XICCATO GIROLAMO	Preposto CARDINALI ALESSANDRA
SSD AGR (tutti)			Num. persone frequentanti 3

## ATTIVITÀ SVOLTE

Analisi carbonio organico, inorganico e totale; analisi azoto totale; preparative per basi scambiabili e fosforo; analisi della tessitura e pH.

## SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		polvere
Armadio di sicurezza			infiammabili
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

## IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea	x		O2, He, N2
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea	x		

## APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Analizzatore carbonio	
Analizzatore elementare CNS	
Bilancia	
pHmetro	
Muffola	
Cappa chimica	

## PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Gli strumenti si spengono autonomamente. Al ripristino, il primo operatore qualificato che giunge in laboratorio si occuperà della strumentazione.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

## SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

## SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

## SEGNALAZIONI