

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-03-035	LABORATORIO DI FISILOGIA VEGETALE E BIOLOGIA MOLECOLARE	QUAGGIOTTI SILVIA - MASI ANTONIO	QUAGGIOTTI SILVIA
SSD			
AGR13			6

ATTIVITÀ SVOLTE

Analisi su campioni vegetali di biologia molecolare e fisiologia.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		polvere
Armadio di sicurezza			infiammabili
Kit primo soccorso			
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	x		
l acqua deio	x		
l. elettrico	x		
Prese 380	x		
l. termico	x		
l. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
PCR, termobloc ad aria, fornetto a microonde	
Microcentrifuga	
Macchinetta per elettroforesi	
Dewar azoto liquido (2)	pittogramma uso guanti
Cappa chimica; stufa	
Frigo/freezer	presenza campioni sensibili

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Disinserire allarme cappa. Lasciare chiusi i frigo/freezer. Nel caso di emergenza prolungata spostare i campioni sensibili dal frigo/freezer in altri laboratori.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI