

SCHEDA LOCALE

GEOTEC 1000C-03-042	Denominazione LAB. CHIMICA SUOLO E BIOCHIMICA	RDRL RENELLA G. - STEVANATO P.G.	Preposto PIZZEGHELLO DIEGO
SSD AGR13			Num. persone frequentanti 10

ATTIVITÀ SVOLTE

Purificazione e estrazione DNA. Saggi enzimatici. Preparazione campioni. Analisi suolo.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori		x	
Armadio di sicurezza		x	infiammabile
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Estrattore DNA e RealTime	
Stufa	
Spettrofotometro UV/Vis	
Scanner radici	
Evaporatore rotante, bagnetto dubnoff	
Cappa chimica, frigo, armadio corrosivi	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Disinserire allarme cappa. Gli altri strumenti si spengono autonomamente. Al ripristino, il primo operatore qualificato che giunge in laboratorio si occuperà della strumentazione.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI