

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-03-043	LAB. TECNOLOGIE ALIMENTARI	LOMOLINO GIOVANNA	LOMOLINO GIOVANNA
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR15	5		

ATTIVITÀ SVOLTE

Analisi su alimenti: inrancidimento olii e grassi, preparativa campioni, essiccazione campioni, preparativa di emulsioni, purificazione di proteine, inoculazioni microrganismi.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		Anidride carbonica
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso	x		
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	x		
l acqua deio	x		
l. elettrico	x		
Prese 380	x		
l. termico	x		
l. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Rancimat, FPLC Akta purifier	
Ultra turrax	da usare in presenza di un operatore formato
Sonicator	da usare in presenza di un operatore formato
Agitatore orbitale	
Incubatore (2), Stufa	
Cappa sterile, frigo/freezer (2), armadio in infiammabili	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna strumentazione necessità di particolare procedura di emergenza per il ripristino. Evitare di aprire il freezer in caso di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI