

SCHEDE LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-03-046	LAB. TECNOLOGIE ALIMENTARI	CURIONI ANDREA	PASINI GABRIELLA
SSD			Num. persone frequentanti
AGR15			5

ATTIVITÀ SVOLTE

Analisi di alimenti. Preparativa campioni, estrazione, analisi quantitativa e qualitativa, saggi enzimatici, elettroforesi mono e bidimensionale

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza	x		infiammabili
Kit primo soccorso	x		
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole	x	x	
Aria compressa in linea	x		
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Cappa chimica	
Freezer a cassetti 100L	
Acquisitore di immagini Bio Rad con pc e software	
Alimentatori per elettroforesi Bio Rad	
Bilancia tecnica Ohaus	
Piastra riscaldante Falc ad induzione	
Piccola strumentazione: agitatori magnetici e pHmetro	
Agitatore orbitale ALC	
Blotting semi-dry Bio Rad	
Omogenizzatore a barra WITEG	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna strumentazione necessità di particolare procedura di emergenza per il ripristino. Evitare di aprire il freezer in caso di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI