

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-03-057	Deposito e stanza microscopi	BASAGLIA MARINA	BASAGLIA MARINA
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR16	2		

ATTIVITÀ SVOLTE

Allestimento e osservazione in microscopia ottica di preparati biologici.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori		x	
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico		x	
I acqua deio		x	
I. elettrico	x		
Prese 380		x	
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Microscopio ottico (2)	
Acquisitore immagini	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Spegner l'interruttore della strumentazione e aspettare il ritorno della corrente.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
No reagenti		

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Guanti protettivi	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI