

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-03-096	Sala acqua ultrapura e ghiaccio	RENELLA GIANCARLO	PIZZEGHELLO DIEGO
SSD	Num. persone frequentanti		
AGRtutti	10		

ATTIVITÀ SVOLTE

Produzione acqua ultrapura e ghiaccio. Separazione di campioni (centrifugazione) e semine su letti sterili (cappa sterile).

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso	x		
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	x		
l acqua deio	x		
l. elettrico	x		
Prese 380	x		
l. termico	x		
l. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Freezer (3)	presenza di campioni sensibili; segnalare uso guanti
Centrifughe da pavimento (2)	
Armadio di crescita/termostato (2)	
Cappa a flusso laminare con lampada UV	segnalare uso UV
Macchina produzione ghiaccio	
Apparecchiature produzione acqua pura e ultrapura	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Spostare i campioni sensibili dai freezer presenti in freezer di laboratori non in stato di emergenza. Al ripristino corrente riattivare apparecchi produzione acqua e ghiaccio.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti nei freezer	Inventario assente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	
Camice antiacido	
Occhiali di protezione	
Schermo anti-UV	
Doccia lavaocchi	

SEGNALAZIONI

Presenza di mensole con materiale da sistemare.